

# 关于购置负压救护车消毒灭菌器推荐参数建议报告

按 8 月 25 日医院感染科《关于购买负压救护车消毒灭菌器的报告》需求，我科推荐参数如下：

一、资质要求：生产厂家需具有消毒产品生产企业卫生许可证；产品需具有有效期内的产品卫生安全评价报告

二、产品参数建议：

(一) 便携式空间消毒灭菌器

1. 工作模式：短时加载、连续工作
2. 操作模式：常规操作，无线远程操控
3. 监测：液位
4.  $H_2O_2$  浓度：6%-35%（食品级）
5.  $H_2O_2$  储液量： $\geq 4L$
6.  $H_2O_2$  用量： $3-8ml/m^3$ （可调）
7. 作用空间： $\geq 200m^3$
8. 消毒水平：消亡率  $\geq 99.9\%$
9. 灭菌水平：物表模拟实验杀灭对数值 5.9 以上
10. 作用时间：自动计算（可自定义）
11. 含催化解析（锰活性炭过滤网）

(二) 移动等离子消毒推车

1. 具等离子消毒，与便携式空间消毒器组合搭配使用；
2. 等离子体密度： $1.8 \times 10^{17} \sim 1.0 \times 10^{18}/m^3$
3. 循环风量： $\geq 900m^3/h$

4. 臭氧残留:  $\leq 0.008\text{mg}/\text{m}^3$

5. 使用寿命:  $\geq 30000\text{h}$

以上建议仅供参考。

